

Вариант исполнения	Выдаваемый сигнал		Измеряемый сигнал		Область применения, назначение
	Параметр	Диапазон	Параметр	Диапазон	
УПИВ-П-1М питание 18 ÷ 36 В или 220 В, 50 Гц	Электрический заряд	10,0 – 999,9 Гц	= Напряжение	2,00 – 9,99 В	Устройство контроля для проверки в условиях эксплуатации аппаратуры типа ИВ-Д-ПФ и ИВ-ТА, блоков БС-16-... и вибропреобразователей типа МВ
			= Ток	0,50 – 9,99 мА	
	~ Напряжение	0,1 – 5,0 В		= Ток	
			20 – 199 мкА		